



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Όλγα Κοκλιώτη
Τηλέφ. : 2131513439
E-mail : o.koklioti@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 23806/965/11.3.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010186877) Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπου αναφοράς ΝΟ και SO₂, υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων ροομέτρων καθώς και επισκευής αναλυτή αζωτοξειδίων με ενσωμάτωση ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.»

Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 25233/1025/15.3.2022 αίτημα διευκρινίσεων της εταιρείας ΛΥΣΣΟΣ ΙΚΕ
β) Η αριθ. πρωτ. 25239/1026/15.3.2022 απάντηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

Κατόπιν του ως άνω α' σχετικού στο οποίο αναφέρεται «Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τον επιθυμητό τύπο βαλβίδας/κλείστρου των υπό προμήθεια φιαλών, προκειμένου να ταιριάζουν με τα μανόμετρα που διαθέτει το Εθνικό Εργαστήριο», σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με το β' σχετικό, τα μανόμετρα που διαθέτει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν οι υπό προμήθεια φιάλες, είναι της εταιρείας AIR LIQUIDE μοντέλο HBSI 200-10-3,5 με σύνδεση θύρας εισόδου Ø 16x1,336 SI femelle.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γαρυφαλλιά Αθανασέα