



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

Κων/νου Παλαιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης 18233 Αττική
2104810582, 2104820054, info@ban.gr
ΑΦΜ: 095627390 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121836407000

Όργανα Μέτρησης & Τεχνική Υποστήριξη
www.ban.gr



SERVICE REPORT-2213457

Πελάτης	INTERTRADE HELLAS AEBE	Υπεύθυνος	Κος Κυριάκος Τσαλικίδης
Στοιχεία Επικοινωνίας	2262449900 (Εσωτ. 913), 6981223564, 6948238086, k.tsalikidis@intertrade-hellas.gr		
Τύπος Αναλυτή	K958+NO+SO2	Serial Number	040522153
Ημ/νία Αγοράς	02/03/2022	Προηγ. Έλεγχος	---
		Πρόγραμμα 5+2 έτη Εγγύησης	---
Ημ/νία Εισαγωγής	01/03/2022	Ημ/νία Εξαγωγής	02/03/2022
Σύμπτωμα Κακής Λειτουργίας	Γενικός Έλεγχος Νέου. Έκδοση Πιστοποιητικού		
Αιτία	---		
Εργασία	Έλεγχος αντλίας- ροής καυσαερίου. Έλεγχος νεροπαγίδας – ακροδέκτη. Έλεγχος φορτιστή - φόρτισης- φόρτιση μπαταρίας. Έλεγχος Αισθητηρίων O2, CO, NO, SO2, T, Πίεσης. Έλεγχος επικοινωνίας BT. Τεχνικός Έλεγχος καλής λειτουργίας. Έκδοση Πιστοποιητικού.		
Παρατηρήσεις	Προσοχή στο φίλτρο & στις υψηλές μετρήσεις CO.		
	Επανελέγχος έως		02/03/2023
Κόστος Εργασίας	244.00€ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ)		
Κόστος Ανταλλακτικών	Εκτυπωτής KMIRP3 s/n 112100566 = 200.00 Τρόμπα Αιθάλης = 140.00		
Μέθοδος Αποστολής	Speedex χρ.παρ. Θέση Περιβόλι Οινόφυτα Βοιωτίας TK32011		
	Σύνολο	---.00€	

παράμετρος	Σήμα Εισόδου	Ένδειξη Οργάνου Μέτρηση	εξοπλισμός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	100°C	100.1°C	ISOCAL TYPE K
	200°C	200.1°C	S/N 171250/1
	300°C	300.1°C	Ακρίβεια ± 0.40C
	400°C	400.1°C	
ΟΞΥΓΟΝΟ O2	0%	0.0%	Φιάλη CO
	6.78%	6.9%	Φιάλη O2 6.78%
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO	0ppm	0ppm	Καθαρός Αέρας
	193.7ppm	195ppm	Φιάλη CO 193.7ppm
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NO	81.7ppm	83ppm	Φιάλη NO 81.7ppm
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2	204ppm	205ppm	Φιάλη SO2 204ppm
ΕΛΚΥΣΜΟΣ – ΠΙΕΣΗ	0mbar	0mbar	COMARK C9555
	100mbar	99.81mbar	Ακρίβεια ± 0.2%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	LT/MIN	2.6LT/MIN	Ροόμετρο O2 FLOY
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	mbar	415mbar	COMARK C9555

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος
Αριστείδης Λεβεντογιάννης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc(Eng)



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

Κων/νου Παλαιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης 18233 Αττική
2104810582, 2104820054, info@ban.gr
ΑΦΜ: 095627390 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121836407000

Όργανα Μέτρησης & Τεχνική Υποστήριξη
www.ban.gr



SERVICE REPORT-2314688

Πελάτης	INTERTRADE HELLAS AEBE		Υπεύθυνος	Κος Κυριάκος Τσαλικίδης Κος Μάντζαρης Τζέιμη	
Στοιχεία Επικοινωνίας	2262449900 (Εσωτ.913),6981223564, k.tsalikidis@intertrade-hellas.gr Μάντζαρης Τζέιμη 6980574071, Pm.spareparts@intertrade-hellas.gr				
Τύπος Αναλυτή	K958+NO+SO2		Serial Number	040522153	
Ημ/νία Αγοράς	02/03/2022	Προηγ. Έλεγχος	02/03/2022	Πρόγραμμα 5+2 έτη Εγγύησης	ΝΑΙ 1ο
Ημ/νία Εισαγωγής	02/03/2023		Ημ/νία Εξαγωγής	06/03/2023	
Σύμπτωμα Κακής Λειτουργίας	Γενικός Ετήσιος Έλεγχος. Έκδοση Πιστοποιητικού				
Αιτία	Αισθητήριο CO - Επιλογέας				
Εργασία	Αναβάθμιση 2.54. Αποκατάσταση επιλογέα. Αντικατάσταση αισθητηρίου CO. Έλεγχος αντλίας- ροής καυσαερίου. Έλεγχος/καθαρισμός νεροπαγίδας – ακροδέκτη. Έλεγχος φόρτισης- φόρτιση μπαταριών. Έλεγχος στεγανότητας. Έλεγχος/Ρύθμιση Αισθητηρίων O2, CO, NO,SO2, T, Πίεσης. Έλεγχος επικοινωνίας BT. Τεχνικός Έλεγχος καλής λειτουργίας. Γενικός Καθαρισμός. Έκδοση Πιστοποιητικού.				
Παρατηρήσεις	Προσοχή στο φίλτρο & στις υψηλές μετρήσεις CO.				
Επανεέλεγχος έως				02/03/2023	
Κόστος Εργασίας	284.00€				
Κόστος Ανταλλακτικών	Φίλτρο x 4 = 16.00 Αισθητήριο CO (SEN00101) = 250.00(ΕΓΓΥΗΣΗ)				
Μέθοδος Αποστολής	Speedex χρ.παρ. Θέση Περιβόλι Οινόφυτα Βοιωτίας TK32011				
				Σύνολο	300.00€

παράμετρος	Σήμα Εισόδου	Ένδειξη Οργάνου Μέτρηση	εξοπλισμός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	100°C	100.1°C	ISOCAL TYPE K
	200°C	200.0°C	S/N 171250/1
	300°C	300.0°C	Ακρίβεια ± 0.4°C
	400°C	400.1°C	
ΟΞΥΓΟΝΟ O2	0%	0.1%	Φιάλη CO
	6.87%	7.1%	Φιάλη O2 6.87%
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO	0ppm	0ppm	Καθαρός Αέρας
	187.1ppm	186ppm	Φιάλη CO 187.1ppm
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NO	80.3ppm	81ppm	Φιάλη NO 80.3ppm
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2	204ppm	205ppm	Φιάλη SO2 204ppm
ΕΛΚΥΣΜΟΣ – ΠΙΕΣΗ	0mbar	0mbar	COMARK C9555
	100mbar	100.05mbar	Ακρίβεια ± 0.2%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	LT/MIN	2.5LT/MIN	Ροόμετρο O2 FLOY
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	mbar	406mbar	COMARK C9555

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος
Αριστέδης Λεβεντογιάννης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc(Eng)