



ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Γενικά Στοιχεία

Ημερομηνία Αναφοράς: 06/05/2025			
Όνομα πελάτη :	ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.	Υπεύθυνος πελάτη :	Γιαρμάς Ευάγγελος
Διεύθυνση πελάτη:	Ο.Τ. 22Α, ΒΙΠΕ. Σταυροχωρίου Κύκκας	Θέση μέτρησης :	Νέα εγκατάσταση συστήματος φίλτρων
Όνομα και διεύθυνση εργαστηρίου μετρήσεων :	Εστία Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε., 1 ^ο χλμ. Θέρμης – Αεροδρομίου Μακεδονία, Τ.Θ. 60649, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκης		
Είδος δειγματοληψίας/μέτρησης :	Προσδιορισμός συγκέντρωσης Ολικού Πτητικού Οργανικού Άνθρακα (TVOC) και οξειδίων του αζώτου (NO _x)		
Ημερομηνία διεξαγωγής δειγματοληψίας/μέτρησης :		28/04/2025	
Σκοπός δειγματοληψίας/μέτρησης :	Καθορίστηκε να γίνουν μετρήσεις αέριων χλωριούχων ενώσεων, ολικού Πτητικού Οργανικού Άνθρακα και οξειδίων του αζώτου στην καμινάδα της μονάδας παραγωγής αλουμινίου. Η ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε. δεσμεύτηκε για την κατασκευή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την ασφαλή διεξαγωγή των μετρήσεων. Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι μέγιστες αναμενόμενες εκπομπές αέριων ρύπων με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης. Τέλος καθορίστηκε το προσωπικό της ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας, καθώς και το χημικό εργαστήριο για τη διεξαγωγή των απαραίτητων χημικών αναλύσεων.		
Περιεχόμενα αναφοράς :	12 Σελίδες		

2. Συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των μετρήσεων

Κατάσταση λειτουργίας :	Συνεχής λειτουργία κοντά στο μέγιστο της δυναμικότητας παραγωγής
Δεδομένα λειτουργίας :	Θερμοκρασία τήξης μετάλλου : 750 °C
Χαρακτηριστικές συνθήκες λειτουργίας :	Φυσικό αέριο: 4.300 M ³ /year Προϊόντα: Δυναμικότητα παραγωγής κολάνων κραμάτων αλουμινίου 8,3 t/hr
Πρώτες ύλες/Καύσιμα :	
Προϊόντα :	Παραγωγή κολάνων κραμάτων αλουμινίου
Αποκλίσεις από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας :	

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέχθηκαν από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης.



3. Συνοπτικά αποτελέσματα

Μέτρηση :	Ολικός Πτητικός Οργανικός Ανθρακας	Έναρξη:	28/04/2025 09:10	Τέλος:	28/04/2025 09:25
-----------	---------------------------------------	---------	------------------	--------	------------------

Μετρούμενο μέγεθος	Αριθμός Μετρήσεων	Μονάδα μέτρησης	Μέση τιμή	Αβεβαιότητα	Εφαρμοζόμενο Πρότυπο	Μέγιστο εκπομπών [Ναι/Όχι]	Παρατηρήσεις
TVOC	1	mg/Nm ³ (ξηρ)	0,10	(~1mg/Nm ³)	EN 12619	Ναι	

Δειγματοληψία :	Οξείδια του αζώτου εκφρασμένα ως NO ₂	Έναρξη:	28/04/2025 09:30	Τέλος:	28/04/2025 10:30
-----------------	---	---------	------------------	--------	------------------

Μετρούμενο μέγεθος	Αριθμός Μετρήσεων	Μονάδα μέτρησης	Μέση τιμή	Αβεβαιότητα	Εφαρμοζόμενο Πρότυπο	Μέγιστο εκπομπών [Ναι/Όχι]	Παρατηρήσεις
NO ₂	1	mg/Nm ³ (ξηρ)	2,16	± 0,27	USEPA Method 7D	Ναι	

- Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί η αναφορά των αποτελεσμάτων παρά μόνο στο σύνολό της χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
- Τα αποτελέσματα δεν αφορούν λειτουργία της εγκατάστασης σε συνθήκες διαφορετικές από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Το εργαστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για την όχι σωστή χρήση των αποτελεσμάτων της αναφοράς.

Θεσσαλονίκη, 06/05/2025

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου :	Μαυροδής Διονύσιος	
	Μηχανολόγος Μηχανικός	

4. Περιγραφή των μεθόδων και του εξοπλισμού των μετρήσεων

4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών του αερίου


	Εξοπλισμός/Διαδικασία μέτρησης
Ταχύτητα του αερίου	Με σωλήνα S-Pitot που συνδέεται σε κεκλιμένο μανόμετρο με κατάλληλους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης.
Βαρομετρική πίεση	Με χρήση βαρομέτρου στο χώρο μέτρησης
Θερμοκρασία του αερίου	Προσδιορίζεται σε κάθε σημείο δειγματοληψίας με τη χρήση Chromel-Alumel Θερμοζεύγους (Τύπου K).
Περιεκτικότητα υδρατμών στο αέριο	Το αέριο δείγμα συλλέγεται από τον αγωγό μέσα από θερμαινόμενο στέλεχος δειγματοληψίας και θερμαινόμενο φίλτρο για την κατακράτηση της σκόνης και των λοιπών αιωρούμενων σωματιδίων. Έτσι, οι υδρατμοί που περιέχονται στο αέριο, καθώς και τα σταγονίδια που πιθανόν να υπάρχουν, συμπυκνώνονται σε φιάλες συμπύκνωσης ή κατακρατούνται σε ξηραντικό μέσο (silica gel). Η περιεκτικότητα των υδρατμών προσδιορίζεται από τη συνολική μάζα των υδρατμών που συμπυκνώνονται στις φιάλες συμπύκνωσης ή κατακρατούνται στο ξηραντικό μέσο (silica gel), η οποία περιέχεται σε ορισμένο όγκο αερίου δείγματος που συλλέχθηκε.
Πυκνότητα του αερίου	Η πυκνότητα του αερίου μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη: - Το μέσο μοριακό βάρος του αερίου που υπολογίζεται με μέτρηση της περιεκτικότητας του αερίου σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα με χρήση ηλεκτροχημικού αναλυτή και της περιεκτικότητας του αερίου σε υδρατμούς που υπολογίζεται με βάση την παραπάνω διαδικασία. - Τη μέση θερμοκρασία του αερίου. - Την απόλυτη πίεση του αερίου.

4.2 Προσδιορισμός Ολικού Πτητικού Οργανικού Άνθρακα (TVOC) με αυτόματη μέθοδο μέτρησης

4.2.1 Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου

Ο ολικός αέριος οργανικός άνθρακας στα αέρια που κινούνται μέσα σε αγωγούς μετρείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12619. Η τεχνική μέτρησης βασίζεται στη μέθοδο ανιχνευτή συνεχούς φλόγας ιονισμού (Flame Ionization Detector), η οποία μετρά το ρεύμα από τον ιονισμό των οργανικών ατόμων άνθρακα που δημιουργούνται από την καύση τους με φλόγα υδρογόνου. Το πλεονέκτημα του ανιχνευτή φλόγας ιονισμού είναι ότι μόνο ο οργανικός άνθρακας συμβάλει στη δημιουργία ιόντων άνθρακα, ενώ υπάρχει αμελητέα επίδραση των ανόργανων συστατικών του αερίου όπως είναι τα CO, CO₂, NO_x και H₂O.

4.2.2 Σκαρίφημα διάταξης μέτρησης



- 1 Δειγματολήπτης
- 2 Είσοδος αερίου μηδενισμού και αερίου ελέγχου
- 3 Θερμαινόμενο φίλτρο
- 4 Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας
- 5 Θερμαινόμενη αντλία

4.2.3 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού μέτρησης

Μετρούμενο συστατικό :	Ολικός πτητικός οργανικός άνθρακας (TVOC)
Μέθοδος μέτρησης:	EN 12619:2013
Τύπος αναλυτή :	Φορητός αναλυτής HOT FID VOC/CH ₄ εταιρίας PCF Elettronica
Καθορισμένη εμβέλεια μέτρησης οργάνου:	0 – 100 mg/Nm ³
Όριο ανιχνευσιμότητας	1 mg/Nm ³
Υλικά εξοπλισμού σε επαφή με αέριο	Ανοξειδωτο ατσάλι και PTFE

Έλεγχος εξοπλισμού με χρήση πρότυπων αερίων

Αέριο μηδενισμού	Καθαρός αέρας
Αέριο καύσης	Υδρογόνο

Αέριο βαθμονόμησης		Μείγμα Μεθάνιο 10,7 ppm & Προπάνιο 11,5 ppm	
Κατασκευαστής	Linde	Ημερ/νία παρασκευής	23/10/2017

4.3 Μη αυτόματη σταθμική μέθοδος μέτρησης προσδιορισμού οξειδίων του αζώτου

4.3.1 Μετρούμενο συστατικό :	Οξείδια του αζώτου
4.3.2 Μέθοδος μέτρησης (EN, ISO ή εθνικό πρότυπο) :	US EPA Method 7D για δειγματοληψία οξειδίων του αζώτου
Αρχή δειγματοληψίας :	Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου γίνεται μη ισοκίνητικά, όπου τα οξείδια του αζώτου κατακρατούνται σε διάλυμα απορρόφησης. Τα σωματίδια που περιέχονται στον όγκο του αερίου δείγματος κατακρατούνται σε πώμα από υαλοβάμβακα. Ο όγκος του αερίου δείγματος που διαπερνά το πώμα από υαλοβάμβακα διαβιβάζεται σε θερμαινόμενο στέλεχος δειγματοληψίας για την αποφυγή της συμπίκνωσης του αερίου πάνω σε αυτό και στη συνέχεια σε διάλυμα απορρόφησης που περιέχει αλκαλικό διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. Το σύνολο των οξειδίων του αζώτου που συλλέγονται κατά τη δειγματοληψία προκύπτει από το διάλυμα απορρόφησης που περιέχεται στις φιάλες απορρόφησης NOx, καθώς επίσης και από το διάλυμα πλύσης όλων των τμημάτων του εξοπλισμού της γραμμής δειγματοληψίας που βρίσκονται μετά από το θερμαινόμενο στέλεχος δειγματοληψίας. Επιπρόσθετα, ένα τυφλό (blank) δείγμα λαμβάνεται, ακολουθώντας τα ίδια βήματα με την κανονική δοκιμή συλλογής δείγματος, χωρίς όμως να τεθεί σε λειτουργία η αντλία αναρρόφησης. Αυτό οδηγεί σε εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης για μηδενική συγκέντρωση NOx. Τα δείγματα που λαμβάνονται με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποστέλλονται σε κατά 17025 χημικό εργαστήριο για ανάλυση με χρήση ιοντικής χρωματογραφίας. Κατά αυτό τον τρόπο, η συγκέντρωση NOx στο αέριο δείγμα μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση του NOx στην κανονική και στην τυφλή δοκιμή, τον όγκο των διαλυμάτων απορρόφησης/πλύσης στην κανονική και στην τυφλή δοκιμή, καθώς επίσης και τον όγκο του αερίου δείγματος που συλλέχθηκε κατά την κανονική δοκιμή.

4.3.3 Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Στέλεχος δειγματοληψίας

Μήκος (m)	1,5
Υλικό κατασκευής	Γυαλί
Θερμοκρασία θέρμανσης (°C)	160

Φίλτρο

Χρησιμοποιείται φίλτρο μέσα στον αγωγό (in-stack) ή έξω από τον αγωγό (out-stack) :	in-stack
Θερμοκρασία θέρμανσης για out-stack φίλτρο (°C)	-
Χρησιμοποιείται επίπεδο φίλτρο [Ναι/Όχι]	Όχι Αν όχι άλλο είδος: Χρήση εργαστηριακού υαλοβάμβακα
Διάμετρος φίλτρου :	Διάμετρος πόρων φίλτρου :
Κατασκευαστής φίλτρου :	Panreac
Υλικό κατασκευής φίλτρου :	Εργαστηριακός υαλοβάμβακας
Απόδοση κατακράτησης φίλτρου :	



Φιάλες συμπίκνωσης/απορρόφησης κύριας γραμμής δειγματοληψίας


Αρ. φιάλης	Τύπος φιάλης / Υλικό κατασκευής	Υλικό συμπίκνωσης/απορρόφησης	Αρχική Ποσότητα
1	Method 7 Impinger Assembly / χαλαζίας	4% KMnO ₄ / 2% NaOH	200 ml
2	Method 7 Impinger Assembly / χαλαζίας	4% KMnO ₄ / 2% NaOH	200ml
3	Method 7 Impinger Assembly / χαλαζίας	4% KMnO ₄ / 2% NaOH	200ml

Φιάλη ξήρανσης κύριας γραμμής δειγματοληψίας

Αρ.φιάλης	Τύπος φιάλης / Υλικό κατασκευής	Υλικό ξήρανσης	Αρχική Ποσότητα
4	Modified impinger assembly / χαλαζίας	Silica Gel	200-300 gr

Λοιπός εξοπλισμός δειγματοληψίας	Χαρακτηριστικά
Περιέκτης κρύου νερού	Κατάλληλος για την ψύξη 6 φιαλών συμπίκνωσης/απορρόφησης/ξήρανσης (impingers)
Κονσόλα ελέγχου για δειγματοληψία με μικρό ρυθμό συλλογής δείγματος (Low flow sampler)	Περιέχει μετρητή ξηρού αερίου για τη μέτρηση του αερίου δείγματος που συλλέγεται με ρυθμό συλλογής δείγματος μεταξύ 400 και 500 ml/min
Umbilical – Σωλήνας σύνδεσης	Σωλήνας σύνδεσης από σιλικόνη κατάλληλος για σύνδεση της φιάλης ξήρανσης με την κονσόλα ελέγχου
Βαρόμετρο	Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο χώρο της δειγματοληψίας.
Φορητός αναλυτής αερίου	Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους του αερίου.

Χημικά αντιδραστήρια	Χαρακτηριστικά
Υπερμαγγανικό Κάλιο KMnO ₄	Συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την επιτροπή αναλυτικών αντιδραστηρίων του συνδέσμου χημικών της Αμερικής (American Chemical Society) ή αντίστοιχες
Υδροξείδιο του νατρίου NaOH	Συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την επιτροπή αναλυτικών αντιδραστηρίων του συνδέσμου χημικών της Αμερικής (American Chemical Society) ή αντίστοιχες
Δις αποσταγμένο νερό	Συμμορφούμενο με το EN-ISO 3696, Αγωγιμότητα <10μS/m, μέγιστο στερεό υπόλειμμα εξάτμισης 1ppm
Silica Gel	Μέγεθος κόκκων 2-5mm

Σκαρίφημα διάταξης δειγματοληψίας


Απόσταση μεταξύ ακροφυσίου και πρώτης φιάλης απορρόφησης/συμπύκνωσης (impinger) :		2 m
Τύπος φιαλών μεταφοράς δειγμάτων:	Δοχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για τη μεταφορά των διαλυμάτων απορρόφησης και των διαλυμάτων πλύσης	
Μέγιστος χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης δείγματος:	Η προετοιμασία των δειγμάτων μπορεί να αρχίσει μετά από 36 ώρες από τη συλλογή του. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι όλα τα οξείδια του αζώτου έχουν μετατραπεί σε NO ₂ στο διάλυμα απορρόφησης. Τα δείγματα πρέπει να αναλυθούν εντός 28 ημερών από τη συλλογή τους.	
Συμμετοχή άλλου εργαστήριου δοκιμών κατά τη δειγματοληψία: [Ναι/Όχι]	Όχι Αιτία: Ονόματα:	

4.3.4 Αναλυτικός προσδιορισμός δειγμάτων

Μετρούμενο είδος :	NO ₂
Μέθοδος προσδιορισμού :	Ion Chromatography
Όργανο Μέτρησης:	Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας Metrohm Model 881 Compact IC PRO
Όριο ανιχνευσιμότητας της μεθόδου:	0,25 mg/l
Ελάχιστη Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος:	50ml
Απαιτούμενο δοχείο μεταφοράς διαλυμάτων:	Πολυαιθυλένιο ή παρόμοιο

4.3.5 Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας

	Περιγραφή
Έλεγχος διαρροής εξοπλισμού μετά τη δειγματοληψία	Πωματισμός του ακροφυσίου και λειτουργία της αντλίας αναρρόφησης σε κενό τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το κενό που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Δεν είναι αποδεκτή διαρροή μεγαλύτερη από 2% του κανονικού ρυθμού συλλογής δείγματος.
Λήψη τυφλού δείγματος	Ένα τυφλό δείγμα λαμβάνεται μετά από κάθε είδος μετρήσεων, ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία με την κανονική δοκιμή συλλογής δείγματος, χωρίς όμως να τεθεί σε λειτουργία η αντλία αναρρόφησης. Δεν είναι έγκυρο κανένα αποτέλεσμα κανονικής δοκιμής που είναι κάτω από την τιμή της τυφλής δοκιμής.
Καθορισμός των συνθηκών δειγματοληψίας :	Το στέλεχος της δειγματοληψίας είναι κατάλληλα ευθυγραμμισμένο κάθετα στη ροή του αερίου. Η θερμοκρασία του στελέχους δειγματοληψίας είναι περίπου σταθερή γύρω από την επιθυμητή τιμή.
Υπολογισμός αβεβαιότητας δειγματοληψίας	Ο απαραίτητοι αναλυτικοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας γίνονται με βάση το αρχείο ED-01 ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.

4.3.6 Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου

Υπάρχουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου; [Ναι/Όχι]	Όχι
Αιτία :	
Εκτίμηση ορίου ανιχνευσιμότητας για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες : 13 mg/Nm ³	
Εκτίμηση αβεβαιότητας για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες : 15 %	

4.3.7 Απαιτούμενα πιστοποιητικά διακρίβωσης οργάνων

Όργανο	Κωδικός οργάνου	Αριθμός Πιστοποιητικού
Μετρητής όγκου ξηρού αερίου κονσόλας χαμηλής ροής	LFG-C-1	CMI/5012-KL-PP152-24
Μετρητής Θερμοκρασίας ξηρού αερίου κονσόλας χαμηλής ροής	LFT-C-1	Metrisis/B 2024 1153
Αναλυτικός ζυγός	ANALW-1.2	Metrisis/B 2024 2542
Μη αυτόματος ηλεκτρονικός ζυγός	FORW-2	Metrisis/B 2024 2541
Βαρόμετρο	BAR-4	iQ-135431P
Ογκομετρικός κύλινδρος 100ml	GCYL100-1	CQS/3816V0222
Πιστοποιητικό ποιότητας Metrohm	IC-1	8.000.3001ML/02.02.2014

5 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας (πιέσεις, θερμοκρασίες, όγκοι, παροχές, συγκεντρώσεις αερίων), αλλά και από τις αναφορές αναλύσεων (συγκεντρώσεις διαλυμάτων) συγκεντρώνονται και καταρτίζουν φύλλο δεδομένων (Data) σε αντίστοιχο αρχείο ED-XX-Y του σημείου εκπομπής. Στο φύλλο αυτό γίνονται όπου απαιτείται εκτός από μετατροπές μονάδων, και μετατροπές κλάσματος όγκου σε συγκέντρωση μάζας, μετατροπή όγκου ή μάζας σε συνθήκες αναφοράς (με θερμοκρασία, πίεση, υγρασία και περιεκτικότητα σε O_2), σύμφωνα με το ANNEX C του EN 15259:2007. Επίσης, στο φύλλο αυτό γίνεται και διόρθωση των μετρούμενων μεγεθών που καταγράφονται στα έντυπα καταγραφής με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές διόρθωσης που προκύπτουν από τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης.

5.1 Μέτρηση Ολικού Πτητικού Οργανικού Άνθρακα (TVOC)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Διενεργήσαντες την Μέτρηση : Μαυροδής Διονύσης
Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ημερομηνία μέτρησης : 28/4/2025

Αρχή Μέτρησης : 09:10

Λήξη Μέτρησης : 09:25

Διάρκεια Μέτρησης : 15 min

Διακοπή Μέτρησης :

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 17,9 °C

Βαρομετρική Πίεση : 100,5 kPa

Θερμοκρασία στη γραμμή
δειγματοληψίας : 180 °C

Χρόνος (min)	TVOC (mg/Nm ³)
1	0,11
2	0,15
3	0,10
4	0,05
5	0,12
6	0,11
7	0,10
8	0,10
9	0,10
10	0,14
11	0,06
12	0,06
13	0,04
14	0,10
15	0,12

Μέση τιμή (mg/Nm ³)	0,10
Τυπική απόκλιση (mg/Nm ³)	0,032

5.2 Μέτρηση οξειδίων του αζώτου

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Διενεργήσαντες την Δειγματοληψία : Μαυροδής Διονύσης
Χατζηδημητρίου Γιάννης

Αρχή Δειγματοληψίας:	09:30	Διάρκεια Δειγματοληψίας:	60	min
Λήξη Δειγματοληψίας:	10:30	Διακοπή Δειγματοληψίας:		

Βαρομετρική Πίεση = 100,7 kPa

O₂ = 20,60 %

Β) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Μέση θερμοκρασία αερίου δείγματος (oC)	20,5
Μέση πίεση αερίου δείγματος (kPa)	100,73

Με O ₂ μέτρησης =	20,60	%
V _{δειγματοληψίας} =	0,0300 m ³ (ξηρ)	
	0,0277 Nm ³ (ξηρ)	

Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Μέσος ρυθμός δειγματοληψίας = 0,50 lt/min

	Έλεγχος Διαρροής	
	Πριν Δειγματοληψία (lt/min)	Μετά Δειγματοληψία (lt/min)
	0,005	0,005
Εντός Ορίου	☒	☒

Το Επιτρεπόμενο Όριο Διαρροής πρέπει να είναι < 2% του μέσου ρυθμού δειγματοληψίας



Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τύπος Δείγματος	Κωδικός	Όγκος Δειγμάτων (ml)
Δείγμα Μέτρησης	SAM-NOX-S-APR-1	269
Δείγμα ελέγχου απόδοσης	SAM-NOX-S-APR-2	202
Τυφλό Δείγμα	SAM-NOX-S-APR-3	225

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Τύπος Δείγματος	Ημερομηνία	Εργαστήριο	Ανάλυση Δειγμάτων NO ₂
Δείγμα Μέτρησης	28/4/2024	ΕΣΤΙΑ	0,3
Δείγμα ελέγχου απόδοσης	28/4/2024	ΕΣΤΙΑ	< 0,25
Τυφλό Δείγμα Μέτρησης	28/4/2024	ΕΣΤΙΑ	< 0,25

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ NOx

Απόδοση Δειγματοληψίας NOx	>95%	
Επιτρεπόμενα Όρια	>95%	Εντός Ορίων : ☒

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ NO2

Με O ₂ μέτρησης	20,60	%
Διακριτική ικανότητα μεθόδου :	3,15	mg/Nm ³ (ξηρ)
Ολική Αβεβαιότητα (k=2)		
NO ₂ :	2,16	mg/Nm ³ (ξηρ) ± 0,27 mg/Nm ³
		mg/Nm ³ (υγρ)

Με O ₂ αναφοράς	%
Ολική Αβεβαιότητα (k=2)	
NO ₂ :	mg/Nm ³ (ξηρ) ± mg/Nm ³
	mg/Nm ³ (υγρ)

NO₂ σε Kg/h

NO ₂ :	Kg/h
-------------------	------